J. Clin. Chem. Clin. Biochem.
Vol. 17, 1979, pp. 679–682

Referenzwerte für Kreatinin im Serum, ermittelt mit einer spezifischen enzymatischen Methode

Von U. Börner, G. Szász †

Institut für Klinische Chemie, Universitätskliniken Giessen,

W. Bablok

Boehringer Mannheim GmbH, Abteilung für Biometrie, Mannheim

und *E. W. Busch*

Boehringer Mannheim GmbH, Erprobung Diagnostica, Mannheim

(Eingegangen am 16. August/8. Oktober 1979)

Zusammenfassung: Für eine spezifische enzymatische Methode zur Bestimmung von Kreatinin im Serum, adaptiert auf ein diskontinuierliches Analysengerät, wurden Referenzwerte ermittelt.

Das Referenzkollektiv bestand aus 250 Frauen und 215 Männern, welches sich aus Blutspendern, Klinikpersonal und Patienten im Alter von 18–70 Jahren zusammensetzte.

Eine Abhängigkeit der Kreatininwerte vom Alter konnte in den Gruppen von 20–60 Jahren nicht festgestellt werden, jedoch bestand ein signifikanter Unterschied zwischen den Werten der Frauen und Männer. Als Referenzwerte für die "wahre" Kreatininkonzentration im Serum (95 % Bereich) empfehlen wir 44–80 $\mu\text{mol/l}$ für Frauen und 44–97 $\mu\text{mol/l}$ für Männer.

A specific fully enzymatic method for creatinine: Reference values in serum

Summary: Reference values for creatinine in serum were established using a fully enzymatic method, adapted to a discontinuous analyzer. Our reference group included 250 females and 215 males (blood donors, hospital staff and patients) aged 18–70 years.

Up to 60 years, creatinine concentration did not depend on age, but there was a significant difference between the creatinine concentrations of women and men.

We propose reference ranges for creatinine in serum (95 % range) of 44–80 $\mu\text{mol/l}$ for women and of 44–97 $\mu\text{mol/l}$ for men.

Einführung

Wahlefeld et al. (1) beschrieben eine enzymatische Methode zur spezifischen Bestimmung von Kreatinin in Serum, Plasma und Urin.

Referenzwerte für Kreatinin in Serum und Plasma wurden bisher nur mit verschiedensten Modifikationen der unspezifischen Jaffé-Reaktion ermittelt (2). Die vorliegende Arbeit beschreibt die Ermittlung von Referenzwerten für Kreatinin in Serum mit der spezifischen enzymatischen Methode an einem Kollektiv, bei dem versucht wurde, Nierenerkrankungen, soweit wie

möglich, auszuschließen. Zu Vergleichszwecken wurden noch zwei Modifikationen der Jaffé-Methode mitgeführt.

Methoden

Die enzymatische Methode wurde auf einen Eppendorf-Substrat-Automaten 5032¹⁾ adaptiert. (Pipettierschema: Abb. 1). Die Kreatininase-Suspension wurde mit 500 ml/l Glycerin im Verhält-

¹⁾ Hersteller: Netheler & Hinz, Hamburg, Bundesrepublik Deutschland.

Serum/Standard Reagenziengemisch	Probe 100 µl 500 µl	Probenleerwert 100 µl 500 µl
Vorinkubation: 5 min bei 37 °C		
Kreatininamidothylase Glycerin (500 ml/l)	20 µl –	– 20 µl
Inkubation: 15 min bei 37 °C		
Absorptionsmessung bei 334 nm		
$\Delta A_{\text{Probenleerwert}} - \Delta A_{\text{Probe}} = \Delta A_{\text{Serum}}$		
Berechnung:		
$\frac{\Delta A_{\text{Serum}}}{\Delta A_{\text{Standard}}} \times c_{\text{Standard}} = \text{Kreatinin } [\mu\text{mol/l}]$		

Abb. 1. Pipettierschema der enzymatischen Kreatinin-Bestimmung

nis 1:2 verdünnt, um auf ein für das Gerät unproblematisches Pipettier Volumen von 20 µl zu kommen. Da die Reaktion nach 15 Minuten noch nicht vollständig abgelaufen ist, wurde die Konzentration über einen mitgeführten Standard²⁾ bestimmt.

Auf einem SMA 6/60²⁾ wurde die Jaffé-Reaktion nach Vorschrift und mit Reagenzien des Herstellers durchgeführt.

Die kinetische Jaffé-Methode nach Bartels (3) wurde auf einem Eppendorf-Enzym-Automaten 5020¹⁾ nach Vorschrift des Geräteherstellers durchgeführt. Als Standard dienten 20 mg/l Kreatinin³⁾ in 50 g/l Human-Albumin-Lösung. Angaben über Präzision, Linearität und weitere analytische Daten zu den einzelnen Methoden finden sich an anderer Stelle (4).

Referenzkollektiv

Obwohl versucht wurde, das Kollektiv möglichst auf gesunde Blutspender zu beschränken, waren wir, besonders bei den höheren Altersgruppen, gezwungen, auch Klinikpersonal und Patienten mit einzubeziehen. Die in das Kollektiv aufgenommenen Patienten kamen von der Neurochirurgischen und Gynäkologischen Universitätsklinik in Gießen.

Tabelle 1 gibt Aufschluß über die Kriterien, die zu einer Eliminierung der Probanden aus dem Referenzkollektiv führten. Inwieweit mit diesen Kriterien alle nierenkranken Personen ausgeschlossen werden konnten, läßt sich naturgemäß nicht mit letzter Sicherheit beantworten.

Tabelle 2 gibt die Zusammensetzung und Altersverteilung des Referenzkollektivs wieder. Die Zahlen in Klammern beziffern die wegen einer möglichen Nierenschädigung ausgeschiedenen Probanden.

Probengewinnung

Von allen Probanden wurden 20 ml Blut nach vorheriger Stauung des Armes auf 60 mm Hg aus der Kubitalvene entnommen. Das abzentrifugierte Serum wurde geteilt. Aus einer Portion wurden innerhalb von vier Stunden mit dem SMA 6/60 die Konzentrationen von Kreatinin, Harnstoff und Harnsäure bestimmt. Die andere Portion zur Ermittlung der Werte der enzymatischen Kreatinin-Bestimmung wurde bei –20 °C eingefroren. Die Urinproben der Probanden wurden nach der Blutentnahme gewonnen und innerhalb von vier Stunden analysiert.

Die tiefgefrorenen Seren wurden später in an einem Tag zu verarbeitenden Mengen aufgetaut und die enzymatischen Kreatinin-Werte in Doppelbestimmungen ermittelt.

Statistische Verfahren

Die statistische Auswertung wurde mit parameterfreien Verfahren durchgeführt; alle Aussagen wurden mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $\alpha = 0,05$ getroffen.

²⁾ Hersteller: Technicon, Tarrytown, N.Y. USA

³⁾ Substanz: Standard Reference Material 914 Creatinine vom National Bureau of Standards, Washington, D.C., USA

Tab. 1. Ausschlusskriterien aus dem Referenzkollektiv, erhoben aus dem persönlichen Fragebogen.

- a) *Blutdruck*: Systolisch > 160 mm Hg und diastolisch > 95 mm Hg (W H O)
- b) *Gegenwärtige oder frühere Erkrankungen*:
Hypertonie
Herzinsuffizienz
Nierenerkrankungen
Diabetes
Gicht/Hyperurikämie
neoplastische Erkrankungen
- c) *Urinanalyse*:
Protein)
Glucose)
Urobilinogen)
Bilirubin) jedes positive Resultat
Nitrit)
Blut)
Hämoglobin)
- d) *Urinsediment*: Pathologische Zellarten und -zahlen
- e) *Harnstoff im Serum*: > als 8,33 mmol/l
- f) *Harnsäure im Serum*: > als 417 µmol/l (Männer)
> als 357 µmol/l (Frauen)

Angewandte Tests

Mit dem U-Test nach Mann & Withney wurde auf Unterschiede in der Kreatininkonzentration bei Männern und Frauen geprüft (5).

Mit einem Verfahren von Wilcoxon wurde untersucht, ob zwischen den Referenzbereichen der drei Methoden Unterschiede bestehen (6).

Die Altersabhängigkeit der Kreatininkonzentrationen wurde mit dem Spearman'schen Korrelationskoeffizienten überprüft (5).

Ergebnisse und Diskussion

Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, wurden bei den Männern 44 und bei den Frauen 77 Probanden aus dem Referenzkollektiv eliminiert. Bei den Männern überwiegt in den unteren Altersgruppen die Diagnose einer Hyperurikämie, bei den Frauen die Diagnose eines Harnwegsinfektes, die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle aus einem pathologischen Urinbefund abgeleitet werden konnte. Die übrigen Diagnosen sind bei beiden Geschlechtern etwa gleich häufig (Tab. 3). Bei den älteren Männern und Frauen nimmt die Zahl derer, die aus anamnestischen Gründen ausgeschieden wurden, zu. In Tabelle 4 sind die 95 %-Bereiche (2,5.–97,5. Perzentil) der Kreatinin-Werte des selektierten Referenzkollektivs dargestellt, zur Ermittlung wurde von nicht klassifizierten Daten ausgegangen. Die Zahlen zeigen, daß sich beim Median für die enzymatische und für die kinetische Methode die Werte nur geringfügig ändern, während beim 97,5. Perzentil, besonders für die Frauen, ein Trend zu niedrigeren Werten deutlich wird. Der Unterschied zwischen den Werten von Männern und Frauen war signifikant. Gegenüber den beiden Modifikationen der Jaffé-Methode wurden, wie zu erwarten war, mit der enzymatischen Methode niedrigere Werte gefunden. Besonders ausgeprägt ist dies gegenüber der AutoAnalyzer-Methode. Unsere Ergebnisse

Tab. 2. Zusammensetzung und Altersverteilung der Referenzgruppen

	Männer	Frauen				
Blutspender	133 (23)	90 (11)				
Patienten	62 (17)	129 (56)				
Klinikpersonal	20 (4)	31 (10)				
Insgesamt	215 (44)	250 (77)				
	18–29 Jahre	30–39 Jahre	40–49 Jahre	50–59 Jahre	Über 60 Jahre	
Männer	47 (7)	43 (10)	50 (7)	49 (7)	26 (13)	
Frauen	50 (4)	50 (12)	56 (16)	62 (19)	32 (26)	

Tab. 3. Aufgliederung der Ausschlußkriterien aus dem Referenzkollektiv

Alter, Jahre	18–29		30–39		40–49		50–59		über 60		Gesamt	
	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀
Hyperurikämie	5	1	9	—	4	1	—	—	2	2	20	4
Urämie	—	—	—	—	1	1	1	4	5	7	7	12
Hypertonie	2	2	2	—	—	3	2	4	3	7	9	16
Urinanalytik	1	—	—	1	1	8	2	7	5	6	9	22
Sediment	1	2	—	9	—	10	3	12	3	12	7	45
Fragebogen	1	1	2	10	5	19	6	25	17	42	31	97
Gesamtzahl der eliminierten Individuen	7	4	10	12	7	16	7	19	13	26	44	77

Tab. 4. Referenzwerte für Kreatinin im Serum (Werte in $\mu\text{mol/l}$)

		Percentile		
		2,5	50,0	97,5
Männer (n=171)	Enzymatisch	48,62	71,61	97,24
	Kinetisch	50,39	78,68	99,89
	SMA 6/60	70,72	88,40	106,08
Frauen (n=173)	Enzymatisch	41,55	58,35	80,45
	Kinetisch	53,93	68,95	90,17
	SMA 6/60	53,04	70,72	97,24

mit der kinetischen und der AutoAnalyzer-Methode stimmen recht gut mit Werten aus der Literatur überein (2).

Eine Altersabhängigkeit der Kreatinin-Werte konnte in den Altersgruppen bis 59 Jahre nicht festgestellt werden, die Gruppe der über 60-jährigen Probanden war so schwach besetzt, daß sie zur statistischen Beurteilung der Altersabhängigkeit der Kreatinin-Werte nicht mit einbezogen wurde. Abbildung 2 zeigt hierzu die Lage der Mediane in den einzelnen Altersgruppen von Männern und Frauen.

Wir empfehlen daher die Benutzung der vollenzymatischen Methode zur Kreatinin-Bestimmung und möchten als Referenzbereiche für Kreatinin im Serum für Frauen 44–80 $\mu\text{mol/l}$ und für Männer 44–97 $\mu\text{mol/l}$ vorschlagen.

Abb. 2. Altersabhängigkeit der Kreatininwerte

Mediane der Kreatininkonzentrationen in den einzelnen Altersgruppen

○—○ Männer; ●—● Frauen

Danksagung

Wir danken Frau Christiane Häuser, Frau Gabi Richtberg und vor allem Herrn Albert Brüstle für die ausgezeichnete technische Unterstützung.

Literatur

1. Wahlefeld, A. W., Herz, G. & Bergmeyer, H. U. (1972) Scand. J. Clin. Lab. Inv. 29, Suppl. 126, abstract 30.1
2. Richterich, R. & Colombo, J. P. (1978), Klinische Chemie, 4. Auflage, S. 554, S. Karger, Basel, München, Paris, London, New York, Sydney.
3. Bartels, H., Böhmer, M. & Heierli, C. (1972) Clin. Chim. Acta 37, 193–197.
4. Szász, G., Börner, U., Busch, E. W. & Bablok, W. (1979), J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 17, 683–687.
5. Conover, W. J. (1971), Practical Nonparametric Statistics, John Wiley & Sons: New York, p. 224, p. 251.
6. Wilcoxon, F. & Wilcox, R. (1964), Some rapid approximate statistical procedures, Lederle Lab., Pearl River, N.Y., p. 11

W. Bablok
Boehringer Mannheim GmbH
Abteilung für Biometrie
Sandhofer Straße 116
D-6800 Mannheim 31